



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
„Sf. Pantelimon” FOCȘANI
E-mail: secretariat@spitalvn.ro
www.spitalvn.ro

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE



ISO 9001
certificat nr.
471C

Răspuns consolidat la solicitarea de clarificări

Ca urmare a unor solicitari de clarificari din partea unui potential participant la procedura Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare din 30.06.2025, facem urmatoarele precizari:

1. Solicitari de clarificari: In caietul de sarcini CERINTE GENERALE se solicita: Perioada de garantie completa: minim 12 luni de la punerea in functiune.

Deoarece, Pentru Cupola Dura 422-MV, garantia acordata este dupa cum urmeaza:

1 - daca defectarea acesteia apare pana la maxim 12 luni de la montarea cupolei la beneficiar si pana la maxim 100.000 “scan”-secunde atunci Siemens suporta 100% din valoarea de înlocuire a tubului defect;

2 - daca defectarea acesteia apare pana la maxim 15 luni de la montarea cupolei la beneficiar si pana la maxim 150.000 “scan”-secunde atunci Siemens suporta 70% din valoarea de înlocuire a tubului defect, restul de 30% urmand a fi suportat de catre beneficiar;

3 - daca defectarea acesteia apare pana la maxim 18 luni de la montarea cupolei la beneficiar si pana la maxim 200.000 “scan”-secunde atunci Siemens suporta 40% din valoarea de înlocuire a tubului defect, restul de 60% urmand a fi suportat de catre beneficiar.

Situatia care poate apare trebuie sa întruneasca ambele conditii din cadrul unuia din cazurile de mai sus.

Altfel, cand situatia de fapt nu se incadreaza în nici unul din cazurile enumerate mai sus atunci cupola nu mai beneficiaza de garantie.

Pentru Unitatea de raciere garantia acordata va fi minim 6 luni de la livrare, conform garantiei acordate de la producator. Va rugam modificarea cerintelor referitoare la garantie, conform garantiei acordate de producator.

Raspuns: suntem de acord cu garantia acordata de producator

2. Solicitari de clarificari:

In caietul de sarcini CERINTE GENERALE se solicita: Nu se percep costuri suplimentare pentru transport, montare si Buletin verificare.

Va rugam as acceptati formularea: In caietul de sarcini CERINTE GENERALE se solicita: Nu se percep costuri suplimentare pentru transport, montare si Buletin verificare, in baza contractului de service deja existent.

Raspuns: In ceea ce priveste costurile suplimentare suntem de acord cu solicitarea si nume “Nu se percep costuri suplimentare pentru transport, montare si Buletin verificare, in baza contractului de service deja existent”

Manager,
Dr. Ifrim Rodica Ioana

The image shows a circular official stamp from the 'Spitalul de Urgenta SE' (Emergency Hospital SE). The stamp contains the text 'SPITALUL DE URGENTA SE', 'MANAGER', and 'MINISTERUL SANATATII'. A handwritten signature is written over the stamp.

Fizician Medical,
Paraschiv Elena Gina

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name Paraschiv Elena Gina.